HEMOSTASYL™

Pansement hémostatique par action mécanique

PRESENTATION
• HEMOSTASYL se présente en seringue de 2 g et s'utilise avec des canules d'application, coudées, à usage unique (Seringue et canules d'application sont également vendues séparément).

COMPOSITION
• Chlorure d'aluminium. • Excipients.

PROPRIETES
HEMOSTASYL est une pâte originale, destinée à servir de pansement hémostatique par action mécanique.
Les caractéristiques principales d'HEMOSTASYL sont :
• propriétés thixotropiques
• bonne adhérence à la muqueuse gingivale, sans compression
• présence de chlorure d'aluminium qui renforce son effet hémostatique mécanique
• mise en place directe en bouche grâce aux canules coudées à usage unique
• repérage facile grâce à sa couleur
• élimination simple par un spray eau, doux, sans reprise du saignement
• méthode indolore lorsque HEMOSTASYL est utilisée sur un parodonte sain
• temps de contact : 2 minutes

INDICATIONS
HEMOSTASYL est destiné à être utilisé dans tous les cas de saignements modérés survenant dans la pratique odonto-stomatologique courante (détartrage…).
L'utilisation de ce produit ne présente pas de risque chez l'enfant ou la femme enceinte ou allaitant.

CONTRE-INDICATIONS
• Alvéoles d'extraction. • Chirurgie endo-canalaire. • Allergie connue au chlorure d'aluminium.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
• Les canules sont à usage unique. JETER les canules usagées après emploi.
• HEMOSTASYL n'est pas indiqué dans les cas de forts saignements : dans ce cas utiliser ETIK Collagène ou Gingistat.
• Ne pas utiliser dans un site où le produit risque de ne pas pouvoir être totalement éliminé, tel que les poches parondontales par exemple.
• Bien vérifier l'élimination complète d'HEMOSTASYL.
• Les résidus chimiques d'agents hémostatiques peuvent diminuer la force d'adhésion des adhésifs à la dentine : avant collage, bien rincer à l'eau pendant au moins 10 secondes.
• En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.
• Ne pas faire avaler.
• Tenir hors de portée des enfants.

MODE D'EMPLOI
• Préparation : Déboucher la seringue. Visser à son extrémité la canule d'application coudée à usage unique.

• Mise en place : L'application de la pâte est réalisée directement sur la gencive au niveau du saignement afin de le recouvrir totalement et en n'exerçant aucune pression avec la canule sur la gencive. Laisser en place 2 minutes.

• Elimination : Eliminer HEMOSTASYL par un spray eau doux avec aspiration simultanée. Vérifier la complète élimination d'HEMOSTASYL au niveau de la gencive.

HEMOSTASYL™

Pansement hémostatique par action mécanique

DESINFECTION DE L'EXTERIEUR DE LA SERINGUE
Après avoir enlevé et jeté la canule à usage unique, l'extérieur de la seringue peut être nettoyé et décontaminé à l'aide de lingettes désinfectantes (sans aldéhyde) en respectant les conditions d'utilisation données par le fabricant.

TOXICITE
Les études réalisées sur HEMOSTASYL ont démontré l'absence de toxicité et la bonne tolérance de celui-ci.

CONSERVATION
- Après utilisation, enlever impérativement la canule usagée et la jeter. Bien reboucher la seringue.
- Ne pas conserver les canules au contact des capsules. Conserver les canules neuves dans l'emballage d'origine, éloignées des seringues (risque de corrosion).
- 18 mois à compter de la date de fabrication.
- Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
- Conserver à température comprise entre + 5 °C et +25 °C.

ELIMINATION
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas procéder à l'élimination dans l'environnement.

CE 0120

Produit professionnel dentaire
Classification selon la Directive Européenne 93/42/CEE :
Dispositif médical de classe IIa (SGS)

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND -17 avenue Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - FRANCE - Tél : +33 (0) 556 34 06 07

Doc Q RD Fran 545/11
7 janvier 2014